

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा।

अल्पकालीन निविदा सूचना

ओटी0 लाईट क्रय हेतु फॉर्म/कम्पनी से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा दो प्रकार की यथा 1. तकनीकी 2. वित्तीय होगी। दोनों प्रकार की निविदा अलग-अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में भेजनी है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला स्वास्थ्य समिति, सारण कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के वेब साईट www.dhssaran.org एवं www.saran.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा सिविल सर्जन सह सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति सारण, सदर अस्पताल छपरा परिसर, छपरा पिन कोड-841301 के पते पर निबंधित डाक से मुहरबंद लिफाफा में दिनांक 24.11.2023 के अपराह्न 05.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी। विलंब से प्राप्त कराये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 25.11.2023 को अपराह्न 02.00 बजे सिविल सर्जन सह सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति सारण के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।



असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा।

अल्पकालीन निविदा सूचना

ओटी0 लाईट क्रय हेतु फॉर्म/कम्पनी से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा दो प्रकार की यथा 1. तकनीकी 2. वित्तीय होगी। दोनों प्रकार की निविदा अलग-अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में भेजनी है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला स्वास्थ्य समिति, सारण कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के वेब साईट www.dhssaran.org एवं www.saran.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा सिविल सर्जन सह सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति सारण, सदर अस्पताल छपरा परिसर, छपरा पिन कोड-841301 के पते पर निबंधित डाक से मोहरबंद लिफाफा में दिनांक 24.11.23 के अपराहन 05.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी। विलंब से प्राप्त कराये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 25.11.23 को अपराहन 02.00 बजे सिविल सर्जन सह सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति सारण के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।

तकनीकी भाग:-

1. निविदादाता संस्थान को निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता संस्था को ISO 9001:2015 प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
3. संस्था के निदेशक/प्रोपराईटर/पार्टनर का नवीनतम आचरण प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो संलग्न करना होगा।
4. सूचना/कागजात गलत संलग्न करने अथवा देने पर EMD की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाता के द्वारा संस्थान का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को पैनकार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता का FY- 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 के माह अगस्त, 2023 तक का जी0एस0टी0 जमा का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को विगत तीन AY- 2021-22, 2022-23, 2023-24 वर्षों का अद्यतन आयकर जमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता संस्थान का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में तीन वर्षों में कुल औसतन टर्न ओभर 10,00,000-होना चाहिए, Balance Sheet, Profit & Loss एवं ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
10. EMD के रूप में संस्थान के द्वारा रू0 20000/-का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के नाम से देय होगा। संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने पर जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के द्वारा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11. संस्थान को भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।
12. निविदादाता को Medical Device (Registration in Form MD-42 under Medical Devices Rules 2017) का Licence देना होगा।
13. सभी विवरणी कम्प्यूटरीकृत होना होगा।
14. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदा का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
15. किसी भी प्रकार का न्यायिक वाद-विवाद स्थानीय न्यायालय, सारण स्तर पर किया जाएगा।
16. विपत्र से नियमानुकूल GST एवं TDS की कटौती की जाएगी।
17. स्पष्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदा की स्वीकार किया जाएगा।

18. निविदा में निविदादाता द्वारा दिए गए निविदा के प्रथम लिफाफे पर "Tender For Supply of OT Light" अंकित करना अनिवार्य होगा एवं अंदर के लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा।
19. सरकार द्वारा अगर कोई संशोधित दिशा निर्देश होता है तो वो प्रभावी होगा।
20. निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
21. OT Light की विशिष्टता निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न है एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही सफल निविदादाता को OT Light की आपूर्ति करना होगा।
22. तकनीकी निविदा भाग में OT Light के विशिष्टता का उल्लेख करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

वित्तीय भाग:-

निविदादाता को निम्न प्रपत्र में वित्तीय निविदा सीलबंद लिफाफे में भरकर देना होगा।

कार्य का नाम	दर प्रति सभी कर के साथ
ओटीओ लाईट	

[Handwritten Signature]
31/10/23

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

Portable O.T. Light.

Technical Specification:-

- * Technology of Light Emission of OT Light - **LED Technology.**
 - * Type of Lamp Head - **Single Nonwinged round shape lamp head for easy maintenance and better sealing against dust and fumigation.**
 - * Diameter of lamp Head in mm with tolerance of ± 20 mm - **350-400.**
 - * Material of Head Lamp - **ABS.**
 - * Number of LED Mounted on Lamp Head - **15-35.**
 - * Range of Light Intensity in Luminous at 1 meter distance with tolerance ± 5000 - **100000.**
 - * Range of Colour Temperature in Kelvin - **3700-4800.**
 - * Type of Power Supply - **230 V U+U10 V, 50hz Single Phase.**
 - * Life Span of LED in hours - **50000 Hrs.**
 - * Range of Illuminated Field Diameter in mm - **150-300.**
 - * Colour Rendering Index (CRI) - **93-95.**
 - * Availability of Control Panels on the light assembly as well as away from it for adjustment of light intensity, illuminated area and for switching on and off, focusing, colour temp, etc - **Yes.**
 - * Type of Control Panel - **Manual.**
 - * User selectable intensity variation with digital display from 30 to 100% in 6 or more steps - **Yes.**
 - * The lamp head should have sterilizable handle at the center of the lamp head - **Yes.**
 - * Range of Depth of illumination of OT Light in Cms - **60-140.**
 - * The Unit shall be Capable of Operating Continuously in ambient temperature of $10-40$ deg. C and relative humidity of 15-90% - **Yes.**
 - * Availability of ON/OFF Switch - **Yes.**
 - * The Lens of the dome should be interchangeable and removable, the glass should be scratch proof to optimize light penetration - **Yes.**
- Ergonomic or user Friendly Handle to be Provided - **Yes.**

[Handwritten signature]
28/10/23

[Handwritten signature]
28/10/23

[Handwritten signature]
28/10/23

[Handwritten signature]
28/10/23

Technical Specification:-

Technology of Light Emission of OT Light

LED Technology

Type of Lamp head

Single non winged round shape lamp head for easy maintenance and better sealing against dust and fumigation

Diameter of lamp Head in mm with tolerance of ± 20 mm

350-400

Material of Head Lamp

ABS/Aluminium

Number of LED Mounted on Lamp Head

15-35

Range of Light Intensity in Luminous at 1 meter distance with tolerance ± 5000

100000

Range of Colour Temperature in Kelvin

3700-4800

Type of Power Supply

230 V \pm 10V , 50 hz Single Phase

Life Span of LED in hours

50000

Range of Illuminated field diameter in mm

150-300

Colour rendering index (CRI)

93-95

Availability of Control panels on the light assembly as well as away from it for adjustment of light intensity, illuminated area and for switching on and off, focusing , colour temp , etc

Yes

Type of Control Panel


Manual /Touch Screen

User selectable intensity variation with digital display from 30 to 100% in 6 or more steps

Yes





[Handwritten signatures and dates]
28/10/23
28/10/23
28/10/23
28/10/23
28/10/23
28/10/23

The lamp head should have sterilizable handle at the center of the lamp head	Yes
Range of Depth of illumination of OT Light in cms	60-140
Rechargeable battery (as part of mobile OT Light) provided	Yes
Battery backup	1 hr
The unit shall be capable of operating continuously in ambient temperature of 10 -40deg C and relative humidity of 15-90%	Yes
Availability of ON/OFF switch	Yes
The Lens of the domes should be interchangeable and removable, the glass should be scratch proof to optimize light penetration	Yes
Ergonomic or user friendly Handle to be provided	Yes



Model Sample of OT Light

(D) Drugs and supplies :-

 28/10/23
 28/10/23
 28/10/23
 28/10/23